

ملف مناقصة

توريد معدات طبية متخصصة ومعدات طبية غير متخصصة لمركزى صحة نوبار و عثمان شبرا الخيمة
القليوبية

الملحق ٢: المواصفات الفنية

تم بواسطة



ملف مناقصة- الملحق ٢ – المواصفات الفنية

D2-SEK2 Annex II

توريد معدات طبية و غير طبية لمركز

نوبار الصحي ومركز عثمان الصحي بمنطقة شبرا الخيمة

و

المحتويات

الملحق ٢: المواصفات الفنية

- ١ الشروط الخاصة..... ٣
- ١-١ وصف الأعمال..... ٣
- ٢-١ اشتراطات عامة للمشروع..... ٣
- ٢ المواصفات الفنية للمشروع..... ٤
- ١-٢ مواصفات الاجهزه الطبيه..... ٤
- ٢-٢ مواصفات التجهيزات الغير طبية..... ٤
- ٣-٢ توصيف مفاول المشروع..... ٧

تم بواسطة

١ الشروط الخاصة

الشروط الخاصة الواردة في الفقرات التالية تكمل الشروط العامة للعقد.

١-١ وصف الأعمال

- توريد و تركيب اجهزه طبيه و تجهيزات غير طبيه لمركزى صحه نوبار و عثمان بشبرا الخيمه القليوبيه

٢-١ اشتراطات عامة للمشروع

- ١- على المقاول تقديم برنامج زمني لتنفيذ الأعمال وذلك على أن تكون المدة الكلية لهذه الأعمال في حدود المدة المقررة لنهـو الأعمال حسب العقد وستقوم جهة الاشراف بمراجعة واعتماد هذا البرنامج كما سيتم مراجعته دوريا للتأكد من معرفة مدى تقدم سير العمل على أن يشمل البرنامج الزمني برنامج تفصيلي لجميع توريدات المشروع.
- ٢- على المقاول تحديد أزمـنة للأعمال المطلوبة من تاريخ صدور العقد.
- ٣- علي المقاول المرسو عليه العطاء اعتماد التفاصيل الفنيـه للاجهزه و المعدات الطبيه من قبل الجهة المشرفة قبل توريدها .
- ٤- الاعمال تشمل توريد و تركيب و اختبار الاجهزه الطبيه و تدريب العاملين عليها في اماكن تركيبها لمدة شهر .

تم بواسطة

٢ المواصفات الفنية للمشروع

١-٢ مواصفات الاجهزه الطبيه .

المواصفات الفنية هي وثائق صادرة عن وزارة الصحة باللغة الانجليزية فقط و ليس هناك نسخه عربيه لها

٢-٢ مواصفات التجهيزات الغير طبية .

١ - مكتب فردي بوحدة ادراج .

- مكتب فردي معدن
- المقاس (١٢٠سم طول × ٦٠سم عمق × ٧٥سم ارتفاع) .
- المعدن مغطي بطبقة من الاكتروستاتيك .
- شامل وحدة ادراج ٣ درج معدني بمقاس (٥٥سم × ٤٥سم × ٥٥سم) بكالون غلق مركزي .

٢ - كرسي مكتب .

- كرسي مكتب بظهر متوسط
- منجد من القوم المحقون و مغطي بالجلد الصناعي اسود اللون .

٣ - كنبه استاليس ستيل .

تم بواسطة

- كنبه انتظار ستانلس ستيل ٣ افراد
- وزن الكنبه الاجمالي في حدود ٤٠ كجم .

٤- سرير فحص مريض .

- سرير فحص عادي بالمرتبه
- مكون من ٢ مقطع .
- بمقاس ١٨٠ × ٦٠ × ٧٠ سم ارتفاع .
- مرتبه اسفنج مغطاه بالجلد الصناعي فاتح اللون بسمك ١٠ سم .
- مزود برافعة قدم درجتين .

٥- كرسي نقل مريض بعجل.

- كرسي نقل مريض بعجل (معاقين / لل كبار)
- مصنع الظهر و القاعده من الفئيل او الجلد الصناعي .
- بمسند للذراعين منجد .
- بمسند للأرجل .

٦- ثلاجه.

- ١٢ قدم .
- الخاصيه نوفروست .

٧- جهاز عرض Projector

- **Technology:** TFT- Single LCD Panel + LED Technology
- **Resolution:** Native :1280x800 720P; Support 1080P
- **True Brightness:** 3000 Lumens
- **Contrast Ratio:** 2000:1
- **Lens:** F=190mm Projection Lens 5lens (Manual focusing)
- **Multimedia Interface:** 2*HDMI(Support 1.1-1.4), 2*USB 2.0 (Support Hard Disk), VGA (PC), YPbPr, S-Video, Composite A/V, Audio out(L/R) ,Digital TV
- **Video Compatibility:** PAL/SECAM/NTSC
- **Television system:** PAL BG/DK/I
- **USB Support:** Yes

تم بواسطة

- **Speaker:** Yes
- **LAMP:** Min. 4000hours
- **Displayable Colors:** Full color
- **Projection Method:** Table Top
- **Image Zoom:** Yes
- **Keystone Correction:** $\pm 20^\circ$ Vertical, Manual keystone correction
- **Throw Ratio:** 72"-2.08m / 84"-2.37m / 100"-3.0m / 120" - 3.38m
- **Image Size (Diagonal):** 1- 4 m
- **Aspect Ratio:** 16:9 Native, 4:3 Compatible; Switch freely
- **OSD Language:** Min. English and Arabic.

٨- غساله اوتوماتيك .

- حجم من ٨ الي ١٠ كجم
- مزوده بظلمبه طرد
- مزوده بمدخلي مياه (سخن- بارد)
- حله الغساله استانلس مقاوم للصدأ
- فتح علوي .

٩- جهاز كبيوتر .

- مكون من ٤ بنود كالتالي :
- ١- شاشة LCD ١٩ بوصة
- ٢- لوحة المعالجه المركزيه (CPU) , Core I5 , Intel , HDD 1T , Ram 4G , DDR3 ,
- USB3
- ٣- لوحة مفاتيح USB
- ٤- ماوس ليزر USB

١٠- ديب فريزر افقي .

- ٥ درج .

تم بواسطة

- من النوع نو فروست .

١١- طفاية حريق .

- تصنيف الطفاية (43A233BC)
- وزن ٦ كجم
- المجال الحرارى للصلاحيه : ٢٠-٧٠ درجة مئوية
- ضغط الاختبار : ٣٥ بار
- ضغط الانفجار : ٧٠ بار
- جسم رأسى الجهاز : من النحاس المطفى نيكل كروم
- القاذف : خرطوم من انف Polymer
- البدن مطابق DINEN10130 الاوروبيه و EN1110 المصرى
- ماده الاطفاء :مسحوق جاف احادى فوسفات الالومنيوم
- الطلاء : البدن معالج كيميائيا و مطفى الكترولستاتيكيا من البولستر بنسبه ١٠٠ %

٣-٢ توصيف مقاول المشروع

يجب أن يكون له خبرة ودراية بهذه النوعية من الأعمال وأن يكون عاملاً بصفة رئيسية فى هذا المجال مع تقديم سابقة الخبرة و التي تؤكد كفاءة الأداء تجاه هذه الأعمال.

تم بواسطة