



## المناقصة العامة رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ لتوريد عدد ( ٣ ) أجهزة كشف المرافق ( RD )

يحتاج مركز معلومات الشبكات الأرضية إلى توريد عدد ( ٣ ) جهاز كشف مرافق ( RD ) وعلى من يرغب الدخول في هذه المناقصة إتباع الاشتراطات العامة طبقا للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ للمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية المعمول بها وقت تقديم العطاء مع مراعاة استكمال ماجاء في بنود الاشتراطات وتكون على الوجه الموضح كالاتي :

### البند الأول

تقدم العطاءات إلى إدارة الشئون المالية ( العقود والمشتريات) بالمركز الرئيسي بينها في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهرا في التاريخ المحدد موقعة من أصحابها على نموذج العطاء ( الكراسة ) المختوم بخاتم مركز معلومات الشبكات مع كتابة رقم قسيمة تصديق ثمن الكراسة وتاريخها وختم جميع أوراق العطاء بخاتم الشركة .

### البند الثاني

يكون العطاء نافذ المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف كما يلزم أن يكون التامين المؤقت نافذ المفعول لمدة أربعة أشهر ويكون بخطاب ضمان بنكي .

### البند الثالث

يوضع العطاء داخل مظروفين فني ومالي يكتب عليهما اسم المناقصة وتاريخها واسم مقدم العطاء باسم / وأرقام التليفونات والفاكس و الإيميل .

### البند الرابع

يلزم أن يستوفى مقدم العطاء كافة البيانات المطلوبة في (صيغة العقد ) ماعدا السعر وأن يوقع في المكان المخصص لإمضاء مقدم العطاء وإعادتها للجهة ضمن مظروفه الفني .

### البند الخامس

يجب كتابة العطاء باللغة العربية وای بيانات تقدم بلغة أجنبية يجب أن يرفق معها ترجمة عربية وإلا استبعد العطاء.

### البند السادس

يجب كتابة سعر كل صنف وإجمالي ثمن الصنف رقما وكتابة بالجنية والقرش ثم يبين في آخر العطاء إجمالي قيمته رقما وكتابة على أن تكون الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة وای ضرائب و دمغات أخرى .


اللجنة :

رئيس اللجنة :

- ١

٢

( الصفحة الأولى )



### البند السابع

كل تعديل يجريه مقدم العطاء على الشروط المدونة بأوراق هذا العطاء لا يكون ملزما للمصلحة إلا إذا حرر في خطاب منفصل يقدم عند تقديم العطاء، كما لا يجوز لمقدم العطاء المطالبة بأى زيادة في الأسعار الواردة في عطائه نتيجة لارتفاع الأسعار ولن يلتفت إلى أى طلب من هذا القبيل مهما كانت الأسباب حتى لو كانت الزيادة ناتجة عن تسعيرة جديدة .

### البند الثامن

يرفق مع المظروف الفني خطاب ضمان بنكي بقيمة التامين الموقت بمبلغ وقدرة ١٩٠٠٠ جنيها فقط ( فقط تسعة عشرة ألف جنيها فقط لا غير ) وفي حالة ترسيه العطاء يزداد إلى ٥% من اجمالي قيمة العقد .

### البند التاسع

خطابات الضمان التي تقدم كتأمينات ابتدائية أو نهائية يجب أن يسبقها خطاب من البنك الصادر منه خطاب الضمان يؤيد صحة صدوره ويكون خطاب الضمان النهائي ساري لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر ولن يصرف التأمين النهائي إلا بعد انتهاء العقد أو فسخ التعاقد .

### البند العاشر

- يجب أن يحتوى العطاء على ضمان كتابي للأجهزة لمدة عامين من تاريخ التوريد ويجب أن يكون لمقدم العطاء مركز خدمة وصيانة ما بعد البيع معلوم العنوان ، مع الالتزام بتوفير قطع الغيار و البطاريات الأصلية ، في حالة طلبها وتعتبر مدة الضمان (عامين) نقطة مفاضلة مع سعر الجهاز إذا لم يحتوى العطاء إلا على ضمان لمدة عام فقط .  
- ويتعهد مقدم العطاء بتوفير خدمة الصيانة وجميع قطع الغيار لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة الضمان وذلك بخطاب مختوم موضح فيه سعر الصيانة الدورية التي ستتم كل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الضمان ولن يلتفت إلى العطاء الذي لا يحتوى على خطاب تعهد الصيانة المذكور ، ويعتبر عدد سنوات الصيانة (ثلاث سنوات) بعد الضمان نقطة مفاضلة مع سعر الجهاز .

### البند الحادي عشر

يقدم مقدم العطاء أنه اطلع على نسخة من الاشتراطات المدرجة بلانحة المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ وكذا الكتب الدورية من وزارة المالية المعمول بها وقت تقديم العطاء - وأنة قدم عطائه على أسس هذه الاشتراطات طبقا لهذه اللانحة ولن يلتفت إلى اي عطاء لا يراعى فيه هذه الاشتراطات الخاصة والعامة ولانحة المناقصات والمزايدات .

اللجنة :

رئيس اللجنة :

- ١

- ٢

( الصفحة الثانية )

محافظة القليوبية

مركز معلومات الشبكات

ادارة الشؤون المالية

العقود والمشتريات



### البند الثاني عشر

يجب أن يرفق مع العطاء ما يفيد التسجيل بمصلحة الضرائب ( القيمة المضافة ) أو إقرار بعدم بلوغ حد التسجيل، و - - - - - الضريبية موضحا بها أخر أقرار ضريبي، وكذا الشكل القانوني للشركة، صورة من التسجيل الصناعي والتجاري والمستوردين ٤ س و ١٤ س وكلاء ، والمستندات الدالة على وجود مركز صيانة ، وسابقة الأعمال

### البند الثالث عشر

يحق للجهة زيادة عدد الأجهزة أو تخفيضها بما يتفق وأحكام القانون وفي ضوء الاعتمادات المالية .

### البند الرابع عشر

يحق لصاحب العطاء تقديم أي شكوى إلى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية طبقا للكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٠٨ ومرعاة مدد التقديم الواردة بالكتاب الدوري .

### البند الخامس عشر

يعتبر القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات وكذا الكتب الدورية من وزارة المالية جزءا مكملًا لهذه الشروط ويخضع لها العقد .

### البند السادس عشر

يتم التوقيع و الختم من مقدم العطاء على العقد المرفق الملحق بهذه الكراسة بعدد أوراق (٣) ورقة وسيتم استبعاد العطاء غير المستوفى لأختام بمجرد انقضاء مدة الإخطار القانوني للمتأخرين

### البند السابع عشر

يقدم في العطاء المستندات التالية ( صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الحساب البنكي — مستند رسمي من البنك والفرع ورقم الحساب — مستند يفيد باسم الشركة والرقم الضريبي ورقم المنشأة ) .

ونظرا لان مركز معلومات الشبكات بالقلوبية يلزمه معرفة بعض البيانات عن مقدمي العطاءات ليسهل عليه الاتصال بهم لذا يجب ملء البيانات الآتية والتوقيع :


عنوانه:  
المأمورية التابع لها :  
توقيع مقدم العطاء :  
رقم قسيمة شراء الكراسة :  
الايمل:

اسم مقدم العطاء:  
رقم البطاقة الضريبية :  
رقم الملف الضريبي :  
أرقام التليفونات :  
رقم الفاكس :  
اللجنة :  
رئيس اللجنة :

- ١  
- ٢

( الصفحة الثالثة )





محافظة القليوبية  
مركز معلومات الشبكات  
ادارة الشئون المالية  
العقود والمشتريات

### البند الثامن عشر

الايمل المذكور في البند السابق هو وسيلة تبادل مكاتبات بين المركز ومقدم العطاء وتعتبر المكاتبات الواردة إلى أو الصادرة من هذا الايمل مكاتبات رسمية ملزمة علما بان إيميل المركز هو : [QUDC1QUDC@gmail.com](mailto:QUDC1QUDC@gmail.com) وكذلك المكاتبات الورقية (الخطابات المتبادلة).


### اللجنة :

رئيس اللجنة :

- ١
- ٢



( الصفحة الرابعة )



## المواصفات والشروط الفنية للقبول

- لا يجوز الإخلال بأي شرط من هذه الشروط ولا يعتبر العطاء مرفوض فنيا .
- ١ - عرض النطاق الترددي للهوائيات المستخدمة في الأجهزة يجب أن لا يقل عن ٢٠٠ ميغا هرتز وان تكون الهوائيات متعددة الترددات مع إمكانية الاختيار بين الترددات المختلفة للوصول للعمق المطلوب وجودة الصورة المناسبة ، علي ان يشتمل العطاء علي بيان العمق الذي يحققه الجهاز عند التردد ٢٠٠ ميغا هرتز .
- ٢ - يجب أن يكون الجهاز صناعة أوروبية أو أمريكية أو يابانية ومطابق للمواصفات العالمية ( مع تقديم شهادة المنشأ) .
- ٣ - يجب علي الشركات تقديم جميع المواصفات الفنية لجهاز الكشف الأرضي ( الرادار ) باللغة العربية (اللغة الرسمية للدولة) مع تسليم النسخة الانجليزية أيضا وتقديم كتيبات التشغيل والاسطوانات التعليمية للجهاز باللغة العربية مع اللغة الانجليزية، مع عمل عرض فني للجهاز علي الطبيعة في حاله طلب ذلك وتوضيح طريقة عمله والبيانات المستخرجه منه وكيفية معالجتها مكتبيا .
- ٤ - يجب ان يقوم الجهاز بتحديد جميع المرافق المعدنية وغير المعدنية تحت سطح الارض وخصوصا خطوط المرافق غير المعدنية ( الخرسانة ، البولي ايثيلين ، البلاستيك ، الخزف ، الفايبر ، .....الخ ) وتحديد المسار والعمق لها بكل دقة ، ولن يقبل عمق اقل من ٥ متر .
- ٥- يجب ان يحتوي العطاء علي ضمان كتابي للاجهزة لمدة عامين من تاريخ التوريد ويجب ان يكون لمقدم العطاء مركز خدمة وصيانة ما بعد البيع مع الالتزام بتوفير قطع الغيار في حال طلبها ، (وتعتبر مدة الضمان العامين نقطة مفاضلة مع سعر الجهاز اذا لم يحتوي العطاء الا علي ضمان لمدة عام فقط ) ، ويتعهد مقدم العطاء بتوفير خدمة الصيانة وجميع قطع الغيار لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة الضمان. وذلك بخطاب مختوم موضح فيه سعر الصيانة الدورية التي ستتم كل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء فترة الضمان ولن يلتفت الي العطاء الذي لا يحتوي علي خطاب تعهد الصيانة المذكور ويعتبر عدد سنوات الصيانة بعد الضمان نقطة مفاضلة مع سعر الجهاز .

اللجنة :

رئيس اللجنة :

- ١
- ٢



محافظة القليوبية  
مركز معلومات الشبكات  
ادارة الشئون المالية  
العقود والمشتريات

**يتبع : المواصفات والشروط الفنية للقبول:**

- ٦ - تلتزم الشركات المتقدمة بتدريب عدد ٢ فرد من المركز علي طريقة الاستخدام الأمثل بمقر المركز في منطقة اختبار لجميع المرافق وبالأخص خطوط المياه والصرف الصحي غيرالمعدنية لمدة لا تقل عن ٤ أيام وذلك عن كل جهاز يتم شرائه ، وفي حالة التدريب بمقر الشركة يخصص يوم للتطبيق العملي في مكان يحدده المركز داخل محافظة القليوبية .
- ٧- يجب أن يكون الجهاز مزود بشواحن لإعادة شحن البطاريات (بطاريات قابله لاعاده الشحن) .
- ٨- لن يقبل معدل مسح اقل من ٤٠ scan/ meter .
- ٩- لن يقبل سعة تخزين داخلية اقل من ٤٠٠ صورة .
- ١٠- لن يقبل في البطاريات القابلة للشحن ان تعمل لاقل من ٤ ساعات متواصلة بالموقع قبل اعاده شحنها مرة اخري .

**اللجنة :**

**رئيس اللجنة :**

- ١
- ٢



المواصفات التي يتم تقييمها بالدرجات :

م	العنصر	البيان	الدرجة	ملحوظات
١	العمق	العمق المستكشف بوضوح ٨ متر	١٠	
٢	انظمة التحليل الداخلية	الجهاز مزود ببرامج لتحسين جودة الصور وتغيير الالوان وتعديل التباين في الصور واختيار نوع التربة والفلتر المختلفة للالوان ، تغيير الترددات لاكتشاف اعماق مختلفة ، عمل تقارير مفصلة عن الصورة المعروضة	١٥	
٣	البرامج المساعدة الداخلية	الجهاز له القدرة علي المهام الاتية اخذ لقطة للشاشة المعروضة وتخزينها ، وضع اشارات وعلامات علي الاماكن ذات الاهتمام ، عمل شرائح عرضية عند اعماق معينة لاطهار المرفق بكل دقة، عمل قطاعات طولية عند مسافات محددة علي الصورة	١٦	
٤	شاشة العرض	ان يكون الجهاز مزود بشاشة LCD الوان عالية الجودة مقياسها ٨ بوصة وتعمل بنظام اللمس	١٠	
٥	نظام تخزين البيانات	ان يكون الجهاز مزود بذاكرة داخلية مناسبة لتخزين عدد ٤٠٠ صورة علي الاقل مع امكانية تركيب ذاكرة خارجية (كارت فلاش ، كارت SD)	٦	
٦	نظام نقل البيانات	ان يكون الجهاز مزود بوسائل لنقل البيانات من وحدة التحكم الي الكمبيوتر (USB , WIFI, BLUETOOTH)	٨	
٧	مصدر الطاقة	يجب أن يتوفر بطاريات قابلة لإعادة الشحن وتمد الجهاز بالطاقة لمدة لا تقل عن ٤ ساعات عمل متصلة بالموقع.	٦	
٨	الشواحن	يجب ان يتوفر في الشواحن ما يبين مقدار الطاقة بالبطاريات ويبين مستوي الشحن اثناء عملية الشحن	٥	

رئيس اللجنة :

اللجنة :

- ١
- ٢



يتبع : المواصفات التي يتم تقييمها بالدرجات :

م	العنصر	البيان	الدرجة	ملحوظات
٩	كابلات التوصيل	يجب ان تكون الكابلات المستخدمة مع الجهاز كابلات اصلية مصممة بجودة عالية لتلائم ظروف التشغيل الصعبة وتضمن التوصيل الجيد ويكون مكتوب عليها مقدار الفولت والتيار والمقاومه	٥	
١٠	الفك والتركيب	ان يكون الجهاز خفيف الوزن و مكون من اقل عدد من القطع بحيث يضمن سهولة الفك والتركيب وعدم حدوث اخطاء اثناء التجميع ويوفر الوقت والمجهود للطاقم الفني .	٤	
١١	معدل المسح	معدل المسح ٦٠ scan/meter	٤	
١٢	مدة التوريد	الأفضلية في توزيع الدرجة تكون للمدة الاقل	٦	
١٣	فترة الضمان	فترة الضمان عامين من تاريخ التوريد	٢	
١٤	الصيانة وخدمة ما بعد البيع	توفير خدمة الصيانة مدفوعة الأجر وجميع قطع الغيار لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة الضمان	٣	
		الإجمالي	١٠٠	

• درجة النجاح هي ٨٥ درجة كحد أدنى للنجاح وأي عطاء يقل عن هذه الدرجة يصبح مرفوضاً فنياً

اللجنة :

رئيس اللجنة :

- ١

- ٢

( الصفحة الثامنة )



## كراسة الشروط والمواصفات

للمناقصة العامة رقم (١)

لتوريد عدد ثلاثة أجهزة R D كشف عن المرافق

جلسة فتح المظاريف يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧ / ١ / ٨

وجميع جلسات المناقصة بالمركز الرئيسي بمدينة بنها

وئمن الكراسة هو مبلغ ٢٠٠٠ جنيه ( ألفان جنيهاً لاغير )

رئيس اللجنة

اللجنة

- ١  
- ٢

